

# PROGNOST XP, XPE & XPE-Akku

## Basisdiagnostischer Röntgensystemtisch, ohne oder mit Hilfsantrieb

**Model/ID: 7036-0-17xx**

Basis UDI-DI: 426050264X009ZT

**Model/ID: 7037-x-17xx**

Basis UDI-DI: 426050264X011ZE

**Model/ID: 7038-9-17xx**

Basis UDI-DI: 426050264X024ZP

## Gebrauchsanweisung

Ident. Nr. 5038-0-0001



*\*Abbildung PROGNOST XPE-Akku*





## **HINWEIS**

Diese Unterlage enthält urheberrechtlich geschützte Informationen und ist ausschließlich für Kunden der PROTEC GmbH & Co. KG bestimmt. Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte und jede andere Nutzung sind ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die Rechtsabteilung der PROTEC GmbH & Co. KG streng untersagt. Kenntnisse über Verletzungen dieser Vorschriften sind der PROTEC GmbH & Co. KG umgehend mitzuteilen

---

© 2021 PROTEC GmbH & Co. KG, Oberstenfeld

Anmerkungen und Fragen zur Dokumentation richten Sie bitte an:

### **PROTEC GmbH & Co. KG**

In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld  
Deutschland

Tel: (+ 49) 7062 – 92 55 0

Fax: (+ 49) 7062 – 92 55 60

E-Mail: [protec@protec-med.com](mailto:protec@protec-med.com)

Internet: [www.protec-med.com](http://www.protec-med.com)

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>Revisionsstatus .....</b>	<b>6</b>
<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>7</b>
<b>Mechanische und elektrische Warnhinweise .....</b>	<b>7</b>
<b>An den Benutzer .....</b>	<b>7</b>
<b>1 Gerätebeschreibung .....</b>	<b>9</b>
1.1 Einführung .....	9
1.2 Beschreibung .....	9
1.2.1 Ausführungen .....	9
1.2.1.1 PROGNOST XP .....	9
1.2.1.2 PROGNOST XPE .....	9
1.2.1.3 PROGNOST XPE-Akku .....	10
1.2.2 Systemvoraussetzungen Hardware und Netzwerk .....	10
1.2.3 Installation .....	10
1.2.3.1 Bodenbelastbarkeit .....	11
1.3 Leistungsmerkmale .....	11
1.3.1 Röntgensystemtisch PROGNOST XP .....	11
1.3.2 Röntgensystemtisch PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku .....	11
1.4 Zweckbestimmung .....	11
1.5 Klinischer Nutzen .....	12
1.6 Patientenzielgruppe(n) .....	12
1.7 Zu diagnostizierende Krankheitszustände .....	12
1.8 Indikationen und Kontraindikationen .....	12
1.9 Vorgesehene Anwender .....	12
1.10 Konformitätserklärung .....	12
<b>2 Sicherheitshinweise .....</b>	<b>13</b>
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	14
2.1.1 Voraussetzungen für den Betrieb .....	14
2.1.2 Gerätebetrieb .....	14
2.1.2.1 Betriebsart .....	14
2.1.3 Bedienpersonal .....	14
2.1.4 Quetsch und Kollisionsgefahr .....	14
2.1.4.1 PROGNOST XP .....	14
2.1.4.2 PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku .....	15
2.1.5 Explosionsschutz .....	15
2.1.6 Wechselwirkung mit anderen Geräten .....	15
2.1.7 Elektromagnetische Umgebung und Beeinflussung von Geräten .....	15
<b>3 Bedienelemente und Anzeigen .....</b>	<b>17</b>
3.1 Hauptschalter der PROGNOST XP-Serie .....	17
3.2 Notaus-Schalter des PROGNOST XP-Serie .....	17
3.2.1 Notaus-Schalter des PROGNOST XP .....	17
3.2.2 Notaus-Schalter des PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku .....	17
3.3 Bedienelemente und Anzeigen der PROGNOST XP-Serie .....	17
3.3.1 Bedienelemente und Anzeigen PROGNOST XP .....	17
3.3.1.1 Bremsrollen .....	18
3.3.1.2 Bremsbügel für die Tischplatte .....	18
3.3.1.3 Handgriffe (optional) .....	18
3.3.1.4 Seitlicher Kantenschutz (optional) .....	18
3.3.1.5 Stoßschutzprofil (optional) .....	18
3.3.1.6 Mittenstopp (optional) .....	18
3.3.2 Bedienelemente und Anzeigen PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku .....	19
3.3.2.1 Bremsrollen .....	19

3.3.2.2	Bremsbügel für die Tischplatte.....	19
3.3.2.3	Handgriffe (optional).....	20
3.3.2.4	Feststelleinrichtung (optional).....	20
3.3.2.5	Abweiser (optional).....	20
3.3.2.6	Seitlicher Kantenschutz (optional).....	20
3.3.2.7	Stoßschutzprofil (optional).....	20
3.3.2.8	Schutzfolie (optional).....	20
3.3.2.9	Mittenstopp (optional).....	20
3.3.3	Notaus-Schalter und Zustandsmeldungen.....	21
3.3.3.1	Akustische Zustandsmeldungen.....	23
3.3.3.2	Akustische und optische Zustandsmeldung bei Antriebssäulen Blockierung.....	23
3.3.4	Handbedienteil.....	24
<b>4</b>	<b>Handhabung .....</b>	<b>25</b>
4.1	Erfordernisse vor und während der Bedienung.....	25
4.2	Bedienung der PROGNOST XP-Serie.....	25
4.2.1	Bedienung des PROGNOST XP.....	25
4.2.1.1	Aufnahmen mit dem PROGNOST XP.....	25
4.2.2	Bedienung des PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku.....	26
4.2.2.1	Höhenverstellung der Tischplatte.....	26
4.2.2.2	Tischhöhen - Nullabgleich durchführen.....	26
4.2.2.3	Vorzugstischhöhen abspeichern und einstellen.....	26
4.2.2.4	Aufnahmen mit dem PROGNOST XPE & PROGNOST XPE Akku.....	26
4.2.3	Spezifikationen zur PROGNOST XPE-Akku Bedienung.....	27
4.2.3.1	Energiespar-Modus.....	27
4.2.3.2	Akku-Box.....	27
4.2.3.3	Akkuladezustand.....	29
4.2.3.4	Akku-Box Ladestation.....	29
4.2.3.5	Akku-Box laden.....	30
4.2.3.6	Ladezyklus und Bedeutung der LED zur Ladekontrolle.....	31
4.3	Funktionen der PROGNOST XP-Serie.....	31
4.3.1	Ein- und Ausschalten des PROGNOST XP-Geräts.....	31
<b>5</b>	<b>Sicherheit und Wartung .....</b>	<b>32</b>
5.1	Einführung.....	32
5.2	Wiederverwendbarkeit.....	32
5.3	Reinigung und Desinfektion.....	32
5.3.1	Reinigung.....	32
5.3.2	Desinfektion.....	32
5.4	Überprüfung und Wartung.....	33
5.4.1	Tägliche Kontrollen vor und während des Untersuchungsbetriebes.....	33
5.4.2	Regelmäßige Kontrollen.....	33
5.4.2.1	Qualitätssichernde Maßnahmen durch den Benutzer.....	33
5.4.2.2	Sicherheitstechnische Kontrollen.....	33
5.4.3	Wartung.....	34
5.4.4	Gewährleistung.....	34
5.4.5	Produktlebensdauer.....	34
5.4.6	Weiterführende Informationen.....	34
5.4.7	Anwendungsteile und Teile, die wie ein Anwendungsteil behandelt werden.....	34
5.4.8	Entsorgungshinweise.....	34
<b>6</b>	<b>Spannungsversorgung .....</b>	<b>35</b>
6.1	PROGNOST XPE:.....	35
6.2	PROGNOST XPE-Akku:.....	35
6.3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach EN 60601-1-2.....	36
6.3.1	Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störaussendungen.....	36
<b>7</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>39</b>
7.1	Abmessungen.....	39
7.1.1	Abmessungen PROGNOST XP.....	39
7.1.2	Abmessungen PROGNOST XPE.....	39

7.1.3	Abmessungen PROGNOST XPE-Akku .....	40
7.2	Schwächungsgleichwert.....	41
7.2.1	Schutzart und Schutzklasse .....	41
7.3	Umgebungsbedingungen.....	41
7.3.1	Umgebungsbedingungen beim Betrieb .....	41
7.3.2	Umgebungsbedingungen beim Transport und Lagerung .....	41
<b>8</b>	<b>Beschreibung der Bildzeichen, Schilder und Abkürzungen.....</b>	<b>42</b>
8.1	Bildzeichen.....	42
8.2	Typenschilder.....	44
8.2.1	Typenschild PROGNOST XP .....	44
8.2.2	Typenschilder PROGNOST XPE .....	44
8.2.3	Typenschilder PROGNOST XPE-Akku .....	44
8.3	Etiketten.....	45
8.3.1	Etiketten PROGNOST XP.....	45
8.3.2	Etiketten PROGNOST XPE.....	46
8.3.3	Etiketten PROGNOST XPE-Akku.....	47
8.4	Positionen der Schilder und Aufkleber.....	49
8.4.1	Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XP.....	49
8.4.2	Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XPE.....	49
8.4.3	Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XPE-Akku.....	50
8.5	Abkürzungen.....	51

**HINWEIS**

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen stimmen mit der Geräteausstattung zum Datum der Herstellung überein. Geräteverbesserungen, die nach dem Herstellungsdatum vorgenommen werden, sind in aktuellen Servicehinweisen beschrieben, die vom Technischen Kundendienst der PROTEC GmbH & Co.KG verteilt werden.

**Revisionsstatus**

Revision	Datum	aktualisierte Seiten	Kommentar	Autor
1.0	2021-05-17	Alle	Erstausgabe XP-Serie (MDR Layout)	MB

## Allgemeine Hinweise

---



### WARNUNG!

Um die gestellten und geprüften Anforderungen der Normenserie 60601 beizubehalten, darf das ME-System während der tatsächlichen Betriebslebensdauer nicht verändert werden.

---

## Mechanische und elektrische Warnhinweise

---



### WARNUNG!

Alle beweglichen Anlagenteile sollten vorsichtig betrieben werden. Sie müssen regelmäßig und in Übereinstimmung mit den in den Begleitpapieren enthaltenen Empfehlungen des Herstellers geprüft und gewartet werden. Nur von PROTEC GmbH & Co. KG autorisiertes Personal darf Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchführen. Berührung spannungsführender Teile und Anschlüsse kann tödlich sein.

Niemals die flexiblen Hochspannungskabel vom Röntgenstrahler oder vom Hochspannungsgenerator trennen oder das Gehäuse des Röntgengenerators öffnen.

Alle Anlagenteile müssen mit Schutzleiteranschlüssen entsprechend den nationalen Vorschriften versehen werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Warnhinweise kann es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen anwesender Personen kommen.

---

## An den Benutzer

---



### HINWEIS

Der Benutzer dieser Begleitpapiere ist gehalten, die darin enthaltenen Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise genau durchzulesen und zu durchdenken, bevor er mit der Bedienung beginnt.

Auch wenn Sie bereits ähnliche Anlagen bedient haben, können bei der hier beschriebenen Anlage dennoch Änderungen in Konstruktion, Fertigung und Funktionsablauf durchgeführt worden sein, welche einen erheblichen Einfluss auf die Bedienung haben.

Montage- und Kundendienstarbeiten an der hier beschriebenen Anlage sind von dem dazu berechtigten und qualifizierten Personal der PROTEC GmbH & Co. KG durchzuführen. Montagepersonal und andere Personen, die keine Mitarbeiter des Technischen Kundendienstes der PROTEC GmbH & Co. KG sind, werden aufgefordert, Kontakt mit der örtlichen Niederlassung der PROTEC GmbH & Co. KG aufzunehmen, bevor Montage- oder Servicearbeiten aufgenommen werden.

Für die Montage- und Kundendienstarbeiten ist es erforderlich, die „Technische Beschreibung des Produktes zu benutzen und die darin enthaltenen Punkte zu beachten.

---

**HINWEIS**

Die Verwendung des Produktes mit nicht durch PROTEC autorisierten Anbau- oder Zubehörteilen oder sonstiger nicht zugelassener Komponenten ist nicht gestattet.

---

**HINWEIS**

Gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte sind alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

---



# 1 Gerätebeschreibung

## 1.1 Einführung

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Leistungsmerkmale und die Bedienung, die für eine effiziente und effektive Handhabung der PROGNOST XP-Serie erforderlich sind.

Bevor Sie mit einem Produkt der PROGNOST XP-Serie arbeiten, muss die komplette Gebrauchsanweisung durchgelesen werden, insbesondere auch die Sicherheitshinweise und das Kapitel Handhabung.

## 1.2 Beschreibung

Die PROGNOST XP-Serie besteht aus ein mobilen Röntgensystemtischen mit schwimmend gelagerter Tischplatte.

Die Varianten XPE und XPE-Akku verfügen zudem über eine motorisierte Höhenverstellung des Tisches.

Der Tisch ist zum Einbau einer in Längsrichtung manuell verschiebbaren Laufrastereinrichtung (Bucky) oder Detektor-Raster-Einheit, eines Streustrahlenrasters und einer 3-Felder-Messkammer für den Betrieb mit Belichtungsautomatik vorgesehen.

Die schwimmend gelagerte Tischplatte ist in horizontaler und vertikaler Richtung mit einer mechanischen Bremse verriegelt und kann mittels Bremsbügel gelöst werden.

Die Räder des Tisches lassen sich separat durch Feststeller arretieren.

### 1.2.1 Ausführungen

#### 1.2.1.1 PROGNOST XP

Model/ID: 7036-0-17xx

Tischrahmen Farbe RAL 9003

##### Tischplattenversionen:

Model/ID	Material	L	B	Farbe Tischplatte
7036-0-1710	Verbundfaser	200 cm	65,5 cm	weiß
7036-0-1711	Verbundfaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7036-0-1712	Verbundfaser	226 cm	75,5 cm	weiß
7036-0-1713	Kohlefaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7036-0-1714	Kohlefaser	226 cm	75,5 cm	weiß

#### 1.2.1.2 PROGNOST XPE

Model/ID: 7037-x-17xx

Tischrahmen Farbe RAL 9003

##### Tischplattenversionen:

Model/ID	Material	L	B	Farbe Tischplatte
7037-1-1710	Verbundfaser	200 cm	65,5 cm	weiß
7037-1-1711	Verbundfaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7037-1-1712	Verbundfaser	226 cm	75,5 cm	weiß
7037-1-1713	Kohlefaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7037-1-1714	Kohlefaser	226 cm	75,5 cm	weiß

\*Model/IDs mit 6 in der Mitte (z.B. 7037-6-1710) werden mit 115V betrieben.

### 1.2.1.3 PROGNOST XPE-Akku

Model/ID: 7038-9-17xx

Tischrahmen Farbe RAL 9003

#### Tischplattenversionen:

Model/ID	Material	L	B	Farbe Tischplatte
7038-9-1710	Verbundfaser	200 cm	65,5 cm	weiß
7038-9-1711	Verbundfaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7038-9-1712	Verbundfaser	226 cm	75,5 cm	weiß
7038-9-1713	Kohlefaser	200 cm	75,5 cm	weiß
7038-9-1714	Kohlefaser	226 cm	75,5 cm	weiß

#### Optionale Komponenten

- Bucky mit Kassettenlade oder Detektor-Raster-Einheit
- Messkammer (Ionisation oder Solid State)
- Streustrahlenraster

#### Optionales Zubehör

Für die PROGNOST XP-Serie folgendes optionales Zubehör verfügbar:

- Auflagematte
- Handgriff lang, der an der Rückseite der Tischplatte montiert wird und das Auf- und Absteigen des Patienten erleichtert.
- Handgriff kurz (2 Stück), die an der Vorderseite der Tischplatte montiert werden und das Verschieben des Tisches oder der Tischplatte erleichtern.
- Seitenschutzleiste für Z-Winkel, zum Schutz des Detektors
- Feststelleinrichtung
- Stoßschutzprofil, für hintere Tischplattenzubehörschiene
- Eckschutz Tischplatter, 4er Set
- Mittenstopp, für zielgenaue Positionierung

#### Zubehör das die EMV-Bedingungen beeinflussen kann

- Netzkabel (max. Leitungslänge in den Komponentenunterlagen beachten)
- WLAN-Router (nur von PROTEC zugelassene Geräte verwenden)

### 1.2.2 Systemvoraussetzungen Hardware und Netzwerk

Die PROGNOST XP-Serie hat als eigenständiges Produkt weder Hardware- noch Netzwerkanschluss und somit auch keine Voraussetzungen für Hardware und Netzwerk.

### 1.2.3 Installation



#### HINWEIS

Die Installation eines Produkts der PROGNOST XP-Serie muss durch den PROTEC Kundendienst oder einen von ihm autorisierten Servicedienst durchgeführt werden

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung des entsprechenden XP-Serie Produkts.

Kontaktinformationen von Personen, die durch Benennung des Herstellers qualifiziert sind, die Installation durchzuführen, erhalten Sie auf Anfrage bei:

**PROTEC GmbH & Co. KG**  
Deutschland  
In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld  
Telefon: +49 (0) 7062 – 92 55 0  
Fax: +49 (0) 7062 – 92 55 60  
E-Mail: [protec@protec-med.com](mailto:protec@protec-med.com)  
Internet: [www.protec-med.com](http://www.protec-med.com)

### 1.2.3.1 Bodenbelastbarkeit



#### HINWEIS

Die Produkte der PROGNOST XP-Serie bestehen primär aus Metallteilen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf das Gewicht der Konstruktion.

Das PROGNOST XP wiegt 103 kg.

Das PROGNOST XPE wiegt 114 kg.

Das PROGNOST XPE-Akku wiegt 129 kg.

Alle Gewichtsangaben mit der Tischplattengröße 2260 x 755 mm.

Jeder Techniker ist verpflichtet, vor jeder Installation die entsprechende Bodenbelastung zu prüfen. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Doppelböden / Hohlböden.

## 1.3 Leistungsmerkmale

### 1.3.1 Röntgensystemtisch PROGNOST XP

- Schwimmend gelagerte Tischplatte
- Tischplattenfarbe weiß
- Mobil, leichtgängige Manövrierbarkeit
- Geringer optimierter Abstand von der Tischplattenoberkante zur Filmebene
- Großer Einstellbereich der Tischplatte zur Positionierung des Patienten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Seitliche Profilschienen an den Längsseiten der Tischplatte zum Anbringen von Zubehör
- Geeignet für digitale Bucky

### 1.3.2 Röntgensystemtisch PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku

- Schwimmend gelagerte Tischplatte
- Tischplattenfarbe weiß
- Motorische Höhenverstellung der Tischplatte
- Mobil, leichtgängige Manövrierbarkeit
- Automatischer Stopp bei vorprogrammierten Tischplattenhöhen
- Geringer optimierter Abstand von der Tischplattenoberkante zur Filmebene.
- Großer Einstellbereich der Tischplatte zur Positionierung des Patienten.
- Hohe Zuverlässigkeit.
- Seitliche Profilschienen an den Längsseiten der Tischplatte zum Anbringen von Zubehör.
- Geeignet für digitale Bucky
- Netzunabhängiger Akku Betrieb über zwei Wechsel Akku-Boxen (nur PROGNOST XPE-Akku)
- Separate Akku-Box Ladestation (nur PROGNOST XPE-Akku)

## 1.4 Zweckbestimmung

Der mobile Röntgensystemtisch...

- PROGNOST XP ist als Komponente
- PROGNOST XPE ist als elektrisch betriebene Komponente
- PROGNOST XPE-Akku ist als batteriebetriebene Komponente

... eines diagnostischen Röntgensystems zur Patientenlagerung für verschiedene Routineanwendungen in der planaren Röntgenbildgebung in der Humanmedizin vorgesehen.

### **1.5 Klinischer Nutzen**

Für Röntgensystemtische kann isoliert betrachtet kein klinischer Nutzen ausgewiesen werden.

Als Komponenten diagnostischer Röntgensysteme in der Humanmedizin tragen sie zum klinischen Nutzen der Röntgensysteme, der in der Erzeugung konventioneller zweidimensionaler Röntgenbilder zur Befunderhebung oder Befundpräzisierung als Basis für Behandlungsentscheidungen besteht, bei.

### **1.6 Patientenzielgruppe(n)**

Die vorgesehene Patientengruppe umfasst alle Menschen, für die von einem Arzt mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz eine rechtfertigende Indikation für eine medizinische Röntgenaufnahme gestellt wurde.

Es gibt keine allgemeinen oder grundsätzlichen Einschränkungen der Patientengruppe bezüglich Alter, Geschlecht, Herkunft und Patientenzustand.

### **1.7 Zu diagnostizierende Krankheitszustände**

Röntgensystemtische haben als eigenständige Produkte keine Funktion Krankheitszustände zu diagnostizieren, zu behandeln und/oder zu überwachen.

### **1.8 Indikationen und Kontraindikationen**

Röntgensystemtische haben als eigenständige Produkte keine bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper.

Daher können für sie, isoliert betrachtet, keine Indikationen und Kontraindikationen ausgewiesen werden.

### **1.9 Vorgesehene Anwender**

Produkte der PROGNOST XP-Serie sind als Bestandteil eines diagnostischen Röntgensystems ausschließlich für die Verwendung durch professionelle Nutzer bestimmt, die für die Bedienung von diagnostischen Röntgensystemen entsprechend den jeweiligen nationalen Vorschriften ausgebildet sind und die in die sachgerechte Handhabung, Anwendung und den Betrieb sowie in die zulässige Verbindung mit anderen Medizinprodukten, Gegenständen und Zubehör eingewiesen wurden. Angemessene Anwender können z. B. sein: Röntgentechniker, Röntgenassistenten, Medizinisch-Technische Röntgenassistenten, Chirurgen, Unfallchirurgen, Orthopäden und anderes geschultes medizinisches Personal.

### **1.10 Konformitätserklärung**



Diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, einschließlich aller gültigen Berichtigungen.

Die Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei:

#### **PROTEC GmbH & Co. KG**

In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7062 – 92 55 0

Fax: +49 (0) 7062 – 92 55 60

E-Mail: [protec@protec-med.com](mailto:protec@protec-med.com)

Internet: [www.protec-med.com](http://www.protec-med.com)

## 2 Sicherheitshinweise



### HINWEIS

Enthält Informationen, die bei der Bedienung zu beachten sind.

xxx



### ACHTUNG!

Enthält Informationen, die bei Nichteinhaltung Sachschäden verursachen können,.

xxx



### WARNUNG!

Enthält Informationen, die bei Nichteinhaltung Personenschäden verursachen können.

xxx



### WARNUNG!

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen.  
Enthält Informationen, die bei Nichteinhaltung Personenschäden verursachen können.

xxx

Einstellungen und Kalibrierungen, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben sind, müssen anhand der technischen Beschreibung des Gerätes durch den PROTEC Kundendienst oder einen von ihm autorisierten Servicedienst erfolgen.



### HINWEIS

Alle mit der PROGNOST XP-Serie gelieferten Anleitungen müssen beachtet und darin enthaltene Sicherheitshinweise genau gelesen und eingehalten werden.



### HINWEIS

Nach der Erstinstallation ist die Inbetriebnahme mit dem PROTEC Abnahmeprotokoll FB-04-07A4 zu protokollieren.



### HINWEIS

Die Inbetriebnahme des entsprechenden PROGNOST XP-Produkts darf nur erfolgen, wenn sämtliche Sicherheitsmaßnahmen für den Bedienerschutz erfüllt und geprüft wurden. Diese Schutzmaßnahmen können unter Anderem sein: Türkontakt, gekennzeichnete Aufenthaltsbereich, Dosimeter, Schutzbekleidung, ...



### ACHTUNG!

**Die Gebrauchsanweisung enthält sämtliche sicherheitsrelevante Informationen, um das jeweilige PROGNOST XP-Produkt grundsätzlich in Betrieb zu nehmen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch entsprechend ausgebildetes und geschultes Personals durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist die Bedienung durch eindeutige Symbole an den Bedienelementen gesichert. Alle weiteren Informationen und Anleitungen befinden sich auf dem mitgelieferten Datenträger (USB, CD oder DVD). Diese Informationen gelten vollumfänglich als Anlage zu dieser Gebrauchsanweisung und müssen beachtet werden.**

**HINWEIS**

Sämtliche Bedienelemente sind in dieser Gebrauchsanweisung nochmals genau beschrieben.

**2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise****2.1.1 Voraussetzungen für den Betrieb****WARNUNG!**

**Die PROGNOST XPE-Produkte sind Schutzklasse I Geräte (gemäß EN 60601-1). Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das PROGNOST XPE oder das PROGNOST XPE-Akku nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.**

**2.1.2 Gerätebetrieb**

Bei Funktionsstörungen ist das entsprechende Produkt der PROGNOST XP-Serie nicht mehr zu benutzen und der Kundendienst von PROTEC oder einen von ihm autorisierten Servicedienst zu benachrichtigen.

**2.1.2.1 Betriebsart**

Das PROGNOST XPE und PROGNOST XPE-Akku ist nicht für den Dauerbetrieb bestimmt.  
ED: S3 15% - maximal Dauerbetrieb von 1,5 Minuten.

**2.1.3 Bedienpersonal****HINWEIS**

Am PROGNOST XP-Produkt dürfen nur ausgebildete und autorisierte Personen arbeiten.

**HINWEIS**


Das Bedienpersonal muss sich mit allen am jeweiligen PROGNOST XP-Produkt angebrachten Warnhinweisen vertraut machen. Sie dienen der eigenen und der Sicherheit Anderer und gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb.

**2.1.4 Quetsch und Kollisionsgefahr****WARNUNG!**

**Es ist sicherzustellen, dass sich bei der Bedienung der beweglichen Teile der PROGNOST XP-Serie keine Personen oder Gegenstände in dem offensichtlichen Gefahrenbereich des Gerätes befinden. Bei Nichtbeachten kann es zu Körperverletzungen an Personen oder Beschädigungen am Produkt der PROGNOST XP-Serie oder anderen Gegenständen kommen.**


**2.1.4.1 PROGNOST XP**

Quetschen der Finger und Hände sind an den mit Pfeilen im Bild unten gekennzeichneten Stellen möglich. Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Bewegen des Tisches oder Tischplatte weder Patient noch Personal unkontrolliert im Bewegungsbereich aufhalten.



#### 2.1.4.2 PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku

Quetschen der Finger und Hände sind an den mit Pfeilen im Bild unten gekennzeichneten Stellen möglich. Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Bewegen des Tisches oder Tischplatte weder Patient noch Personal unkontrolliert im Bewegungsbereich aufhalten.



#### 2.1.5 Explosionsschutz

Die PROGNOST XP-Serie ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.

#### 2.1.6 Wechselwirkung mit anderen Geräten

Wechselwirkungen mit anderen Geräten sind nicht bekannt.

#### 2.1.7 Elektromagnetische Umgebung und Beeinflussung von Geräten



#### ACHTUNG!

Die Verwendung von anderem Zubehör, anderen Wandlern und anderen Leitungen als jenem/jenen, welches/welche PROTEC festlegt oder in den Unterlagen des Komponentenherstellers bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.

**ACHTUNG!**

**Die Verwendung eines Geräts der PROGNOST XP-Serie unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorbeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollte das PROGNOST XP Produkt und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.**

---

**HINWEIS**

Die durch Aussendungen bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung im industriellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen Schutz von Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder Neuausrichtung des Geräts treffen.

---

Die PROGNOST XP-Serie ist für den Einsatz in einer Umgebung in professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens vorgesehen (z.B. Kliniken, Chirurgie-Zentren, Physiologie-Praxen ...).



### 3 Bedienelemente und Anzeigen

#### 3.1 Hauptschalter der PROGNOST XP-Serie

Alle Produkte der PROGNOST XP-Serie besitzen keinen Hauptschalter.

#### 3.2 Notaus-Schalter des PROGNOST XP-Serie

##### 3.2.1 Notaus-Schalter des PROGNOST XP

Der PROGNOST XP verfügt über keinen Notaus-Schalter.

##### 3.2.2 Notaus-Schalter des PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku


Der PROGNOST XPE und PROGNOST XPE-Akku verfügen über einen Notaus-Schalter, mit dem das Gerät sofort zum Stillstand gebracht und von der Stromzufuhr getrennt werden kann.

Der Schalter befindet sich auf der rechten Seite des Tisches unterhalb der Tischplatte.



#### 3.3 Bedienelemente und Anzeigen der PROGNOST XP-Serie

##### 3.3.1 Bedienelemente und Anzeigen PROGNOST XP



1. Feststeller für Räder
2. Bremsbügel
3. Tischplatte
4. Typenschild, UL-Schild, FDA-Schild, Symbole für die Bremse
5. Langer Handgriff an der Rückseite der Tischplatte (optional)
6. Handgriffe an der Vorderseite der Tischplatte (optional)
7. Seitenschutzleiste für Z-Winkel
8. Abweiser zur leichteren Positionierung des Tisches über dem Detektor
9. Stoßschutzprofil für hintere Tischplattenzubehörschiene
10. Schutzfolie für innere Abdeckbleche

### **3.3.1.1 Bremsrollen**

Um den Tisch auf dem Boden in alle Richtungen zu fixieren, verfügt er über 2 Bremsrollen an der Vorderseite, die vor dem Auf- bzw. Absteigen eines Patienten mit dem Feststeller an der linken oder rechten Seite festgestellt werden müssen.

### **3.3.1.2 Bremsbügel für die Tischplatte**

Durch Betätigung des Bremsbügels mit dem Fuß werden die Bremsen der Tischplatte gelöst, danach kann die Tischplatte schwimmend von Hand verschoben werden.

### **3.3.1.3 Handgriffe (optional)**

Als Optionen ist ein langer Handgriff für die Rückseite der Tischplatte und 2 Handgriffe für die Vorderseite der Tischplatte verfügbar. Beide Handgriffe können nur mit Werkzeug entfernt werden. Der lange Handgriff ist für leichteres Auf- und Absteigen des Patienten vorgesehen. Mit den kurzen Handgriffen ist eine bessere Verschiebung des Tisches sowie der Tischplatte möglich.

### **3.3.1.4 Seitlicher Kantenschutz (optional)**

Der seitliche Kantenschutz verhindert direkten Kontakt des Detektorgehäuses mit dem Z-Winkel.


### **3.3.1.5 Stoßschutzprofil (optional)**

Das Schutzprofil verhindert den direkten Kontakt der hinteren Zubehörschiene der Tischplatte mit dem Röntgenstativ oder Detektorhalter.

### **3.3.1.6 Mittenstopp (optional)**

Der Mittenstopp für die Querbewegung der Tischplatte verbessert die Ausrichtung des Tisches zur Röntgenstrahlereinheit.

### 3.3.2 Bedienelemente und Anzeigen PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku



- 1 Feststeller für Räder
- 2 Bremsbügel Tischplatte
- 3 Tischplatte
- 4 Notaus-Schalter
- 5 Handbedienteil und Halter
- 6 Typenschild, UL-Schild, FDA-Schild, Symbole für die Bremse
- 7 Langer Handgriff an der Rückseite der Tischplatte
- 8 Handgriffe an der Vorderseite der Tischplatte
- 9 Meldeleuchte
- 10 Abweiser
- 11 Schutzfolie für innere Abdeckbleche
- 12 Seitlicher Kantenschutz zum Schutz des Detektors
- 13 Stoßschutzprofil
- 14 Feststelleinrichtung

#### 3.3.2.1 Bremsrollen

Um den Lagerungstisch auf dem Boden in alle Richtungen zu fixieren, verfügt er über 2 Bremsräder an der Vorderseite, die vor dem Auf- bzw. Absteigen eines Patienten mit dem Feststeller an der linken oder rechten Seite festgestellt werden müssen.

#### 3.3.2.2 Bremsbügel für die Tischplatte

Durch Betätigung des Bremsbügels mit dem Fuß werden die Bremsen der Tischplatte gelöst, danach kann die Tischplatte schwimmend von Hand verschoben werden.

Die Tischplattenverschiebung beträgt von der Mittenstellung aus in:

- |                |   |
|----------------|---|
| Querrichtung:  | $\pm 100 \text{ mm}$                      |
| Längsrichtung: | $\pm 330 \text{ mm}$ (2 m Tischplatte)    |
|                | $\pm 460 \text{ mm}$ (2,26 m Tischplatte) |



### 3.3.2.3 Handgriffe (optional)

Als Optionen ist ein langer Handgriff für die Rückseite der Tischplatte und 2 Handgriffe für die Vorderseite der Tischplatte verfügbar. Beide Handgriffe können nur mit Werkzeug entfernt werden. Der lange Handgriff ist für leichteres Auf- und Absteigen des Patienten vorgesehen. Mit den kurzen Handgriffen ist eine bessere Verschiebung des Tisches sowie der Tischplatte möglich.

### 3.3.2.4 Feststelleinrichtung (optional)

Das PROGNOST XPE-Produkt kann mit einer rechts oder links montierten Feststelleinrichtung (Rastung) versehen werden.

Die Feststelleinrichtung ermöglicht neben der zielgenauen Positionierung des PROGNOST XPE oder PROGNOST XPE-Akku im Röntgen-Untersuchungsraum eine Tischdrehung um die entsprechende Säulenachse.



Das entsprechende Gerät wird über die am Fußboden befestigte Rast-Scheibe (2) positioniert, so dass der federnde Stößel (3) durch Betätigen des Feststellhebels (1) in die Öffnung der Rast-Scheibe einrastet.

Durch betätigen des Feststellhebels entsprechend wird die Rastung wieder gelöst.

### 3.3.2.5 Abweiser (optional)

Die Abweiser verhindern die Berührung der U-Schiene mit dem Detektorgehäuse und erleichtern somit die Positionierung der Tischplatte über dem Bildempfänger.

### 3.3.2.6 Seitlicher Kantenschutz (optional)

Der seitliche Kantenschutz verhindert direkten Kontakt des Detektorgehäuses mit dem Z-Winkel.

### 3.3.2.7 Stoßschutzprofil (optional)

Das Stoßschutzprofil verhindert den direkten Kontakt der hinteren Zubehörschiene der Tischplatte mit dem Stativ oder Detektorhalter.

### 3.3.2.8 Schutzfolie (optional)

Die Schutzfolie auf den inneren Abdeckblechen erhöht die Gleitfähigkeit bei Berührung mit dem Detektorgehäuse.

### 3.3.2.9 Mittenstopp (optional)

Der Mittenstopp (ohne Abbildung) für die Querbewegung der Tischplatte verbessert die Ausrichtung des Tisches zur Röntgenstrahlereinheit.

### 3.3.3 Notaus-Schalter und Zustandsmeldungen

Durch Betätigung des Not-Halt Schalters werden die Steuerung und der Antrieb für die Höhenverstellung abgeschaltet.

Entriegelt wird der Not-Halt Schalter durch Rechtsdrehung.

Neben dem Not-Halt befindet sich die dreifarbige Meldeleuchte, mit der Bereitschafts- und Zustandsmeldungen angezeigt werden.



#### WARNUNG!









**Auch wenn der Notaus-Schalter betätigt wurde und die Meldeleuchte nicht leuchtet, kann am Gerätestecker die Netzspannung anliegen. Erst durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Versorgungssteckdose wird der Tisch von der Spannungsversorgung sicher getrennt.**

Nachfolgend die Übersicht der Meldeleuchten Zustandsanzeige:

Meldeleuchte Farbe	Status	Betroffenes Produkt
Schwach grün	Energiespar-Modus ○ Durch Betätigen der Release Taste wird Betriebsbereitschaft aktiviert	PROGNOST XPE-Akku
grün	Gerät ist betriebsbereit	PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku
orange	Akku fast leer ○ Normale Fahrfunktion noch möglich	PROGNOST XPE-Akku
rot	Akku leer ○ Nur noch langsame Fahrfunktion möglich ○ Kein Wiedereinschalten im Energiespar-Modus möglich ○ Akku muss getauscht werden	PROGNOST XPE-Akku
	Fehlermeldung	PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku

Zustandsmeldungen für alle XP-Serie Modelle erfolgen durch zyklisches Blinken der Meldeleuchte in der Farbe Rot.

Zustand	Blink-Rhythmus rot	Beschreibung	Maßnahme
1	1x ┐ ┌	Übertemperatur der Leistungsstufe, verursacht durch zu häufiges Auf- und Abfahren des Tisches mit großer Patientenlast	Gerät im Stillstand abkühlen lassen, bis die Meldeleuchte vom roten Blink-Rhythmus wieder auf hell grün umschaltet. Reduzierung der Patientenlast
2	2x ┐ ┌ ┐ ┌	Antrieb blockiert	Prüfen, ob sich etwas zwischen der Tischplatte und dem Boden befindet, Tisch nach oben fahren und Gegenstand beseitigen. Von PROTEC autorisierten Service benachrichtigen.

3	3x 	Überlast, zu große Patienten-Last und damit zu hohe Stromaufnahme der Antriebe	Reduzierung der Patientenlast und Gerät im Stillstand abkühlen lassen Ist die Ursache behoben, so wird durch kurzes Betätigen der Freigabetaste das Löschen der Zustandsmeldungen bewirkt
4	4x 	Ungewollte Bewegung, z.B. nach unten durch unzulässig hohe Patientenlast	Reduzierung der Patientenlast. Von Protec autorisierten Service benachrichtigen
nur XPE-Akku	5x 	DC-DC Wandler defekt	Keine Höhenverstellung mehr möglich. Gerät außer Betrieb nehmen und von PROTEC autorisierten Service benachrichtigen.
nur XPE-Akku	6x 	Akku leer	Keine Höhenverstellung mehr möglich. Akku tauschen oder wieder aufladen.
5	7x 	Die Steuerung hat erkannt das der obere oder untere Endschalter außer Funktion ist	Gerät außer Betrieb nehmen und von PROTEC autorisierten Service benachrichtigen.
	8x 	Höhenunterschied der Hubsäulen, es gibt 1 cm Unterschied in der Position (Höhe) der Hubsäulen	Null Abgleich durchführen. Von PROTEC autorisierten Service benachrichtigen sollte der Fehlermeldung nach Null Abgleich wieder auftreten
	9x 	Blockierung der Tischplattenbremse	Gerät außer Betrieb nehmen, von PROTEC autorisierten Service benachrichtigen
	10x 	Einschaltdauer der Hubsäulen überschritten	Gerät im Stillstand abkühlen lassen, bis die Signal-LED vom roten Blink-Rhythmus wieder auf hell grün umschaltet.



## HINWEIS

### Zustandsmeldung 2,4 und 5:

Können diese Zustandsmeldungen mit der Release Taste gelöscht werden und treten anschließend trotzdem wieder auf, so ist unbedingt der von PROTEC autorisierte Service zu benachrichtigen und der Tisch außer Betrieb zu nehmen.

### 3.3.3.1 Akustische Zustandsmeldungen

Bei allen Meldeleuchten Zustandsmeldungen erfolgt eine einmalige akustische Meldung durch den eingebauten Pieper.

Piep-Ton	Bedeutung	Betroffenes Produkt
2x □□	Allgemeine Warnung	PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku
3x □□□	Akku fast leer	PROGNOST XPE-Akku
6x □□□□□□	Akku leer	PROGNOST XPE-Akku



#### ACHTUNG!

**Erfolgt im Betrieb die Blockierung des Antriebs, so ist die Bewegung der Höhenverstellung einzustellen und die offensichtliche Blockierung der Höhenverstellung (z.B. durch Aufliegen der Tischplatte auf einen Gegenstand) zu beheben.**

**Ist die Ursache der Blockierung nicht offensichtlich (z.B. intern blockierte Antriebssäule), so ist die Höhenverstellung außer Betrieb zu nehmen und der von PROTEC autorisierte Service zu benachrichtigen.**

### 3.3.3.2 Akustische und optische Zustandsmeldung bei Antriebssäulen Blockierung


Im Falle der Blockierung einer Antriebssäule erfolgt eine optische Meldeleuchten-Zustandsmeldung in Verbindung mit einer einmaligen akustischen Warnung.

Wird die Ursache nicht behoben (eine Antriebssäule ist weiterhin blockiert) und durch kurzes Betätigen der Bewegungs-Freigabe Taste die Zustandsmeldung gelöscht, so wird nur noch eine Bewegung der nicht blockierten Antriebssäule in Richtung auf die Position der blockierten Säule zugelassen (gleichgültig, ob Ab- oder Auf-Taste betätigt wurde). Hierdurch wird eine versehentliche extreme Schiefstellung der Tischplatte vermieden.

Sollte ein Höhenunterschied von >1cm zwischen den Antriebssäulen von der Steuerung erkannt werden, so wird keine Höhenverstellung mehr zugelassen (Bewegungen gesperrt).

Neben dem zweimaligem zyklischen blinken □□ □□ der Meldeleuchte erfolgt jetzt auch ein zweimaliger zyklischer Piep-Ton □□ □□ als akustische Warnmeldung.

### 3.3.4 Handbedienteil



Erklärung der Tasten:

- 1 Tischplatte schnell nach oben fahren, in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
  - 2 Tischplatte schnell nach unten fahren in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
  - 3 Tischplatte in die abgespeicherte Höhe verfahren, in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
  - 4 Speichertaste
  - 5 Synchronabgleich-Taste, um den Tisch zur Synchronisierung nach unten zu verfahren, in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
  - 6 Bewegungs-Freigabe Taste
  - 7 Tischplatte langsam nach unten fahren, in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
  - 8 Tischplatte langsam nach oben fahren, in Verbindung mit der Taste 6 (Bewegungs-Freigabe Taste)
- LED blinkt, wenn eine Taste betätigt ist.

Tasten Sonderfunktionen siehe technische Beschreibung.



#### ACHTUNG!

**Zum Ausführen einer Tischplatten Höhenverstellung ist es notwendig die Bewegungs-Freigabe Taste (6) vor einer Bewegungs-Taste (1), (2), (7) oder (8) dauerhaft zu betätigen.**

**Zur Beendigung der Höhenverstellung zuerst die entsprechende Bewegungs-Taste loslassen und erst dann die Bewegungs-Freigabe Taste.**

**Ansonsten kann es zu Beschädigung der Steuerung kommen.**

**Das Handbedienteil muss in den Halter eingehängt werden, wenn es nicht benutzt wird.**



## 4 Handhabung

### 4.1 Erfordernisse vor und während der Bedienung

Es ist darauf zu achten, dass die Flächen mit Patientenkontakt vor der Röntgenuntersuchung jedes Patienten desinfiziert werden (siehe Kapitel 5.3.2).

### 4.2 Bedienung der PROGNOST XP-Serie

#### 4.2.1 Bedienung des PROGNOST XP

##### 4.2.1.1 Aufnahmen mit dem PROGNOST XP

Diese folgende Vorgehensweise ist unbedingt einzuhalten, um Kollisionen mit dem Gerät, dem Bildempfänger oder weiterem Mobiliar zu verhindern.

- Röntgengerät, z.B. Schwenkbügelsystem, in die 0-Grad-Position zu bringen
- Die Höhe des Bildempfänger entsprechend der Tischhöhe einstellen
- Tisch zur Kontrolle in die vorgesehene Aufnahmeposition fahren
- Tisch in eine Position verfahren, in der der Patient möglichst einfach auf die Tischoberfläche aufsteigen kann
- Feststeller für vordere Bremsräder betätigen und überprüfen, dass die Räder effektiv gebremst sind



#### HINWEIS

Das PROGNOST XP ist nicht für den Patienten-Transport geeignet.

Er dient nur zur Lagerung des Patienten während der Untersuchung.

Das Auf- und Absteigen des Patienten darf nur bei festgestellten Bremsen an den gekennzeichneten Positionen unter der Aufsicht bzw. Hilfestellung des Untersuchenden erfolgen, da sonst Kippgefahr besteht!

Patienten beim Aufsteigen Hilfestellung geben.

- 
- Patienten für Aufnahme lagern. Dabei bei Bedarf (z. B. offene Wunden) die Tischoberfläche mit entsprechend hierfür geeigneten Tüchern oder Einmal-Pflegeunterlagen abdecken.



#### WARNUNG!

##### Quetschgefahr an den Tischkanten und Klemmgefahr auf und unterhalb der Tischplatte!

Beim horizontalen Verfahren des Tisches und der Tischplatte, können Extremitäten zwischen einer Tischkante und einem feststehenden Hindernis (Wand, Säule, Röntgeneinrichtung) eingeklemmt werden.

Deshalb beim Verfahren des PROGNOST XP unbedingt darauf achten, dass sich weder Patient noch Personal in Bewegungsrichtung aufhalten.

Dabei insbesondere darauf achten, dass keine Extremitäten des Patienten über die Tischplatte ragen.

- 
- Feststeller für Bremsräder lösen und PROGNOST XP in die Aufnahmeposition verfahren.
  - Bremsen wieder feststellen.
  - Tischplattenbremse lösen und Tischplatte mit dem Patienten in die genaue Aufnahmeposition verschieben und Tischplattenbremse feststellen
  - Aufnahmen entsprechend der Gebrauchsanweisung des Röntgengerätes durchführen.
  - Nach der Untersuchung die Feststellbremsen lösen und Tisch in eine Position zum erleichterten Absteigen des Patienten bringen.
  - Bremsen feststellen und Patienten beim Absteigen Hilfestellung geben.

## 4.2.2 Bedienung des PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku

### 4.2.2.1 Höhenverstellung der Tischplatte

Durch Drücken einer der Pfeiltasten ,  oder ,  (in Verbindung mit der Bewegungs-Freigabe-Taste) auf dem Handbedienteil kann die Tischplatte nach oben oder unten bewegt werden. In den Endpositionen werden die Antriebe automatisch angehalten.

Für die Antriebssäulen ist eine maximale Einschaltdauer (ED) von 10% vorgeschrieben, um eine Überlastung dieser zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu erreichen. In der Steuerung ist dies so realisiert, dass nach der vom Werk vorgegebenen Zeit die Höhenverstellung des Tisches unterbunden und eine Fehlermeldung (10x Blinken, siehe Tabelle in Kapitel 3) angezeigt wird. Dadurch wird eine Pause von 4 Minuten erzwungen, indem keine Höhenverstellung vorgenommen werden kann. Anschließend ist die Interne Zeit zurückgesetzt, dass ein Verstellen der Tischhöhe wieder möglich ist (für mindestens 45 Sekunden). Um die komplette Verfahrzeit (210 Sekunden) wieder zur Verfügung zu haben muss der Tisch mindestens 20 Minuten in eingeschaltetem Zustand belassen werden, ohne eine Tischhöhenverstellung vorzunehmen.

### 4.2.2.2 Tischhöhen - Nullabgleich durchführen

Bei erstmaliger Inbetriebnahme, oder wenn Unterschiede in der Tischplattenhöhe sichtbar sind, muss die Steuerung referenziert werden.



#### **ACHTUNG!**

**Bei sichtbaren Unterschieden in der Tischhöhe könnte sich die Tischplatte bei gelösten Bremsen von selbst in Bewegung setzen.**

Zum Abgleich muss die „S“-Taste (Speichertaste, s. Kapitel 3) des Handbedienteils dreimal gedrückt werden. Anschließend wird mit der Synchronabgleich-Taste (s. Kapitel 3) die Tischplatte nach unten gefahren bis beide Hubsäulen automatisch in der untersten Position abschalten. Die Steuerung quittiert dies mit einem Piep Ton, jetzt sind die Säulen synchronisiert.



#### **ACHTUNG!**

**Niemals den Nullabgleich mit gelagertem Patienten vornehmen!**

### 4.2.2.3 Vorzugstischhöhen abspeichern und einstellen

Es können drei verschiedene Tischhöhen abgespeichert werden, in denen die Antriebe automatisch anhalten.

Dazu jeweils in die gewünschte Tischhöhenposition fahren.

Die Bewegungs-Freigabe-Taste (s. Kapitel 3) loslassen.

Dreimal die „S“-Taste (Speichertaste, s. Kapitel 3) drücken und anschließend die Taste 1, 2 oder 3 auf dem Handbedienteil betätigen, um die Position auf eine dieser Tasten abzuspeichern. Der Vorgang wird mit einem Piep-Ton bestätigt.

Um in die abgespeicherte Tischhöhe zu fahren, ist eine Taste 1, 2 oder 3 in Verbindung mit der Bewegungs-Freigabe-Taste (Taste 6) zu drücken, bis die Höhenverstellung automatisch abschaltet.

### 4.2.2.4 Aufnahmen mit dem PROGNOST XPE & PROGNOST XPE Akku

Zur Benutzung muss der Bediener den Netzstecker der Netzleitung in die dafür vorgesehene Versorgungssteckdose stecken. Die Netzleitung ist so zu verlegen, dass keine Beschädigungen durch Überfahren mit den Rädern beim Bewegen des Tisches entstehen können.

Die folgende Bedienungsreihenfolge ist einzuhalten, um Kollisionen mit dem Gerät, dem Bildempfänger oder weiterem Mobiliar zu verhindern.

- Für Aufnahmen mit dem PROGNOST XPE oder XPE-Akku, das Röntgengerät in die dafür vorgesehene Position bewegen

- Die Höhe des Bildempfängers entsprechend der Höhe des Tisches einstellen oder den Tisch in die richtige Höhe verfahren



### **ACHTUNG!**

#### **Die elektrische Tischhöhenverstellung ist für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt**

- Tisch in die vorgesehene Aufnahmeposition fahren und dabei überprüfen, dass es zu keiner Kollision zwischen Tischplatte, Tisch oder dem Bildempfänger kommt
- Tisch in eine Position verfahren, in der der Patient möglichst einfach auf die Tischoberfläche aufsteigen kann
- Feststeller für vordere Bremsräder betätigen und überprüfen, dass die Räder effektiv gebremst sind
- Patienten beim Aufsteigen Hilfestellung geben
- Bremsen lösen und den Tisch in die vorherige Aufnahmeposition verfahren
- Bremsen wieder feststellen
- Tischplattenbremse lösen und Tischplatte mit dem Patienten in die genaue Aufnahmeposition verschieben und Tischplattenbremse feststellen
- Aufnahmen entsprechend der Gebrauchsanweisung des Röntgengerätes durchführen
- Nach der Untersuchung die Feststellbremsen lösen und Tisch in eine Position zum erleichterten Absteigen des Patienten bringen
- Bremsen feststellen und Patienten beim Absteigen Hilfestellung geben



### **HINWEIS**

Das PROGNOST XPE & XPE-Akku ist nicht für den Patienten-Transport geeignet.

Er dient nur zur Lagerung des Patienten während der Untersuchung.

Das Auf- und Absteigen des Patienten darf nur bei festgestellten Bremsen an den gekennzeichneten Positionen unter der Aufsicht bzw. Hilfestellung des Untersuchenden erfolgen, da sonst Kippgefahr besteht!

Patienten beim Aufsteigen Hilfestellung geben.

## **4.2.3 Spezifikationen zur PROGNOST XPE-Akku Bedienung**

### **4.2.3.1 Energiespar-Modus**

Werden zwischen den einzelnen Verstellungen der Tischhöhe Pausen von mehr als 20 Sekunden gemacht, und wird während dieser Zeit die Bewegungs-Freigabe Taste nicht betätigt, so schaltet der PROGNOST XPE-Akku in den Energiespar-Modus und verlängert hierdurch die Nutzung der Akku-Ladung.

Die Farbe der Meldeleuchte wechselt auf schwach grün.

Durch kurzes Betätigen der Bewegungs-Freigabe Taste wird die Betriebsbereitschaft wieder aktiviert und der Energiespar-Modus verlassen.


Die Farbe der Meldeleuchte wechselt auf hellgrün bzw. auf einen der Zustände vor dem Übergang in den Energiespar-Modus.

Bei längeren Betriebspausen ist es zu empfehlen, den PROGNOST XPE-Akku durch Betätigen des Notaus-Schalters abzuschalten oder die Stromversorgung zu trennen.

### **4.2.3.2 Akku-Box**

Zum PROGNOST XPE-Akku werden in der Grundausstattung zwei Akku-Boxen mitgeliefert.

Die Akku-Box ist ein spezielles Aufnahmegehäuse mit Führungen, eingebautem Akku, 25A Schutzsicherung, Anschlusskontakten und Ladebuchse.



Für den Betrieb des PROGNOST XPE-Akku muss eine geladene Akku-Box in die Versorgungsstation des Tisches eingeschoben werden.




### ACHTUNG!

**Vor dem Wechsel der Akku-Box den Notaus-Schalter des PROGNOST XPE-Akku betätigen und erst nachdem eine vollgeladene Akku-Box eingesetzt wurde, das Gerät durch ein Lösen des Notaus-Schalters wieder in Betriebsbereitschaft versetzen.**



Sicherung 20A



Die zweite Akku-Box wird mit der Akku-Box Ladestation aufgeladen.



### ACHTUNG!

**Die Akku-Boxen dürfen nur mit dem von PROTEC zugelassenen Ladegerät aufgeladen werden!**

Die 20A Sicherung zum Schutz der 12VDC Spannung im PROGNOST XPE-Akku hinter der Abdeckung der Versorgungsstation ist zugänglich durch den Akku-Box Einschub.



### ACHTUNG!

**Die Akku-Box hat am Boden versenkte Kontaktflächen für die 12VDC Versorgungsanschlüsse zum eingebauten Akku.  
Niemals die Kontaktflächen kurzschließen!  
Niemals eine Akku-Box auf einer Metall-Platte, metallischen oder leitfähigen Gegenständen abstellen, da sonst Kurzschlussgefahr des eingebauten Akkus besteht!**

Als zusätzlicher Kurzschluss-Schutz befindet sich in der Akku-Box eine 25A Sicherung. Sollte diese Sicherung defekt sein (an den Kontaktflächen liegt keine Spannung mehr an), so ist der von PROTEC autorisierte Service zwecks Überprüfung des PROGNOST XPE-Akku zu benachrichtigen.

#### 4.2.3.3 Akkuladezustand

Wenn eine im Betrieb befindliche Akku-Box den Bereich der Entladungsgrenze erreicht hat, ertönt ein akustischer Warnton und die Meldeleuchte wechselt von grün auf orange (dies erfolgt in der Regel, wenn bei entladenem Akku mit gelagertem Patienten nach oben gefahren wird).

Um den weiteren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollte beim nachfolgenden Patientenwechsel die entladene Akku-Box gegen eine neu geladene Akku-Box getauscht werden.



#### HINWEIS

Sollte die akustische und optische Entlade-Warnung nicht beachtet werden, so lässt die XPE-Steuerung noch so lange Tischhöhen-Verstellungen zu, bis die Entlade-Sicherheitsgrenze der Akku-Box erreicht wurde.

Wird diese Entlade-Sicherheitsgrenze erreicht, werden zum Tiefentladeschutz der Akku-Box weitere Bewegungen verhindert.

Erst durch Einsatz einer neu geladenen Akku-Box kann der Betrieb des PROGNOST XPE-Akku fortgeführt werden.

Zum Schutz der Akku-Box vor Entladung bei längeren Betriebsunterbrechungen sollte über den Notaus-Schalter die PROGNOST XPE-Akku Steuerung abgeschaltet werden.

---



#### HINWEIS

Wie bei allen Akkus, wird die maximale Ladekapazität erst nach mehrmaligen Entlade- und Ladezyklen erreicht.

Alle Akku-Boxen werden von PROTEC in geladenem Zustand ausgeliefert.

Vor der Erst-Inbetriebnahme des PROGNOST XPE-Akku sollten trotzdem die Akku-Boxen mit der Akku-Box Ladestation nachgeladen werden.

---

#### 4.2.3.4 Akku-Box Ladestation

Zum PROGNOST XPE-Akku wird in der Grundausstattung die Ladestation mitgeliefert.



#### ACHTUNG!

**Es darf ausschließlich das PROTEC Ladegerät verwendet werden. Dieses ist auch in der Akku-Box Ladestation verbaut.**

**Mit dem Ladegerät dürfen nur die von PROTEC zugelassenen Akku-Boxen geladen werden.**

---

Die Ladestation sollte so platziert werden, dass es leicht vom PROGNOST XPE-Akku Untersuchungsraum erreicht werden kann.



#### WARNUNG!

**Das Ladegerät muss außerhalb des Patientenbereichs platziert werden.**

---




## ACHTUNG!

Beim Laden von Blei-Akkus können explosive Gase entstehen. Es ist für ausreichende Belüftung zu sorgen, und Feuer bzw. offenes Licht zu vermeiden.

Das Ladegerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist das Ladegerät vor Feuchtigkeit zu schützen.

Reinigungsarbeiten am Ladegerät nur durchführen, wenn das Ladegerät vom Netz getrennt wurde.

Reinigung nur mit trockenem Tuch vornehmen. Bei Beschädigung des Gehäuses oder des Netzsteckers das Ladegerät nicht in Betrieb nehmen und den PROTEC Service informieren.



- 1 Ladestation
- 2 Ladegerät
- 3 Ladestecker
- 4 Akku-Box
- 5 Wandhalter
- 6 Ladebuchse

### 4.2.3.5 Akku-Box laden


Die Ladestation dient zur Ablage und Halterung für eine zu ladende Akku-Box. Mit Hilfe der Wandhalter-Vorrichtung erfolgt eine platzsparende Wandbefestigung.

Erst wenn die Akku-Box in die Ladestation eingeschoben wurde, erfolgt die Verbindung mit dem Ladegerät über den Ladestecker. Anschließend wird das Ladegerät mit der Netzspannung verbunden. Nach erfolgter Aufladung einer Akku-Box zuerst das Ladegerät vom Netz trennen, warten bis die Ladekontroll-Leuchte erlischt und erst dann den Ladestecker des Ladegerätes aus der Lade-Buchse der Akku-Box herausziehen.

Vor dem Herausnehmen einer geladenen Akku-Box wird das Ladegerät von der Netzspannung getrennt und der Ladestecker aus der Akku-Box entfernt. Anschließend kann die Akku-Box aus der Ladestation herausgezogen werden.



#### 4.2.3.6 Ladezyklus und Bedeutung der LED zur Ladekontrolle



##### LED orange:

##### Betriebsart Schnell-Ladung:

Das Ladegerät stellt sich auf konstanten Strommodus ein. Der Ladestrom ist konstant und auf maximaler Höhe bis die Ladespannung erreicht ist. Dann wechselt die Farbe der LED von orange auf gelb, der Zeitschalter ist eingeschaltet.

##### LED gelb:

##### Betriebsart Zeitschalter:

Die Ladespannung wird ca. 2 Stunden aufrechterhalten während der Ladestrom sinkt. Die Batteriekapazität hat zu diesem Zeitpunkt 80-95% der Gesamtkapazität erreicht.

##### LED grün:

##### Betriebsart Erhaltungsladen (Standby):

Das Ladegerät ist im Erhaltungsladungs-Modus. Bleibt nach dem Laden der Akku-Box diese weiterhin mit dem Ladegerät verbunden, so geht das Ladegerät in den Zustand „Erhaltungsladung“ (LED leuchtet weiterhin grün) über und garantiert die Ladungs-Erhaltung der Akku-Box.



#### ACHTUNG!

Um eine unzulässig tiefe Entladung einer Akku-Box zu vermeiden, muss der Ladestecker aus der Ladebuchse der Akku-Box entfernt werden, bevor das Ladegerät vom Netz getrennt worden ist.

### 4.3 Funktionen der PROGNOST XP-Serie

#### 4.3.1 Ein- und Ausschalten des PROGNOST XP-Geräts

Alle Produkte der PROGNOST XP-Serie verfügen über keinen separaten Ein- und Ausschalter.

## 5 Sicherheit und Wartung

---



### WARNUNG!

**Achtung Stromschlaggefahr!**

**Schalten Sie das PROGNOST XPE oder PROGNOST XPE-Akku vor dem Reinigen oder Desinfizieren aus. Dadurch wird das jeweilige Gerät von der Stromquelle getrennt und die Gefahr eines elektrischen Schlages gebannt.**

---

### 5.1 Einführung

In diesem Kapitel finden Sie Angaben über Sicherheit und Wartung die notwendig sind, die richtige und zuverlässige Funktion des Gerätes nach der Installation sicherzustellen.

### 5.2 Wiederverwendbarkeit

Alle PROGNOST XP-Produkte sind ohne besondere Aufbereitungsverfahren wiederverwendbar. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die Flächen mit Patientenkontakt beim Patientenwechsel desinfiziert werden (siehe auch Kapitel 4.1).

Das PROGNOST XP-Gerät darf nicht mehr mit Patienten verwendet werden, wenn es außerordentliche Verschleißerscheinungen (z.B. Metallabrieb, Verschleiß von Isolierungen) oder gefährdende technische Mängel (z.B. verbogene Teile) aufweist oder die resultierende Bildqualität (z.B. Artefakte im Bild) unzureichend ist.

In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit dem PROTEC Kundendienst oder einen von ihm autorisierten Servicedienst in Verbindung.

### 5.3 Reinigung und Desinfektion

---



#### HINWEIS

Achtung!

Mögliche Materialveränderungen!

---



### WARNUNG!

**Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung und Desinfektion keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere dringt, um elektrische Kurzschlüsse und/oder Korrosionsbildung zu verhindern.**

---

#### 5.3.1 Reinigung

Die Reinigung der PROGNOST XP-Serie ist durch die qualitativ sehr gute Oberflächenbeschichtung sehr einfach. Diese erfolgt in der Regel nur mit trockenem Lappen.

Es dürfen keine ätzenden, lösenden oder schleifenden Reinigungsmittel verwendet werden, die die Geräteoberflächen oder den Lack beschädigen können.

Reinigen Sie Geräteoberflächen und lackierte Teile mit einem feuchten Tuch und einer milden bis leicht alkalischen Reinigungslösung (z.B. RBS® Neutral T) und wischen Sie trocken nach.

Chromteile dürfen nur mit einem trockenen Wolltuch abgerieben werden.

#### 5.3.2 Desinfektion

Bei der Desinfektion müssen die jeweils anwendbaren und aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien zu Desinfektion und Explosionsschutz berücksichtigt werden.

Zur Desinfektion der Flächen mit Patientenkontakt empfehlen wir handelsübliche medizinische Schnelldesinfektionstücher (z.B. Dr. Schumacher Descosept Sensitive Wipes).



Alle mechanischen Bauteile der PROGNOST XP-Serie einschließlich Zubehör, dürfen nur einer Wischdesinfektion mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln (z.B. Melsept® SF, 15 min. Einwirkzeit bei 2% Konzentration) unterzogen werden. Dabei sind die Angaben der Desinfektionsmittelhersteller zu Konzentrationen und Einwirkzeiten zu beachten.



### **WARNUNG!**

**Es dürfen keine leichtentzündlichen Desinfektionsmittel eingesetzt werden! Aus Sicherheitsgründen darf keine Sprühdesinfektion durchgeführt werden, da der Sprühnebel in das Gerät eindringen und dadurch Kurzschlüsse oder Korrosionsbildung verursachen könnte. Werden Desinfektionsmittel eingesetzt, die explosive Gasgemische bilden können, darf das Gerät erst wieder eingeschaltet werden, wenn sich die Gasgemische verflüchtigen!**

## **5.4 Überprüfung und Wartung**



### **WARNUNG!**

**Es dürfen keinerlei Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, während das PROGNOST XP-Gerät mit einem Patienten benutzt wird! Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich durch PROTEC geschultes oder autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.**

### **5.4.1 Tägliche Kontrollen vor und während des Untersuchungsbetriebes**

#### **PROGNOST XP:**

- Die Feststellung der Rollen ist durch Betätigung der Feststellbremsen zu prüfen
- Die Feststellung und der leichte Lauf der Tischplatte sind durch Betätigung des Bremsbügels zu prüfen

#### **PROGNOST XPE & PROGNOST XPE-Akku:**

- Überprüfung, dass die Bremsräder auch gebremst sind, wenn sich der Feststeller in der Bremsposition befindet
- Überprüfung der Leichtgängigkeit der Tischplatte, wenn das Bremspedal betätigt ist.
- Überprüfung der Tischplattenbremse, wenn das Bremspedal nicht betätigt ist.
- Überprüfung der Tischplattenhöhe. Bei einem sichtbaren Höhenunterschied ist ein Nullabgleich durchzuführen.
- Sichtkontrolle des Netzkabels durchführen. Bei Beschädigungen des Netzkabels den Tisch nicht mehr mit Spannung versorgen und den PROTEC Service verständigen, um das Kabel zu ersetzen

### **5.4.2 Regelmäßige Kontrollen**

#### **5.4.2.1 Qualitätssichernde Maßnahmen durch den Benutzer**

Qualitätssicherungsmaßnahmen bei Röntgeneinrichtungen sind in regelmäßigen Abständen entsprechend den nationalen Vorschriften, so z. B. durch eine monatliche Konstanzprüfung, durchzuführen.

#### **5.4.2.2 Sicherheitstechnische Kontrollen**

Im Interesse der Patienten, Bediener und externen dritten Parteien ist es erforderlich, dass alle Kontrollen in Bezug auf betriebsmäßiger Sicherheit und/oder Funktionalität der Einheit regelmäßig alle 12 Monate durch den PROTEC Kundendienst oder einem von PROTEC autorisierten Servicedienst durchgeführt werden.

Alle Komponenten innerhalb der PROGNOST XP-Serie welche durch Verschleiß oder Riss ein Risiko darstellen können, müssen alle 12 Monate von der PROTEC Service Abteilung oder einem von PROTEC autorisierten Service Anbieter kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Für den Fall, dass die vorgesehenen Kontrollen nicht durchgeführt werden, übernimmt die PROTEC GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Schäden des Anwenders und Dritter, wenn und soweit Schäden aus mangelnder oder nicht durchgeführter Kontrollen resultieren.

### 5.4.3 Wartung

Die erforderliche Wartung muss durch den PROTEC Kundendienst oder einen von ihm autorisierten Servicedienstleister durchgeführt werden, um die sichere und zuverlässige Funktionsfähigkeit der Geräte sicherzustellen. Die Wartungsintervalle sind abhängig von der Nutzungshäufigkeit. Die erforderlichen Vorgaben sind der entsprechenden Technischen Beschreibung zu entnehmen. Für den Fall, dass die vorgesehenen Wartungen nicht durchgeführt werden, übernimmt die PROTEC GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Schäden des Anwenders und Dritter, wenn und soweit Schäden aus mangelnder oder nicht durchgeführter Wartung resultieren.

Vor dem Untersuchungsbetrieb hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass alle in der Gebrauchsanweisung aufgeführten und der Sicherheit dienenden Vorrichtungen funktionsfähig sind und das Erzeugnis betriebsbereit ist.

Siehe Technische Beschreibungen der Geräte.

Verschleißteile sind durch Originalteile zu ersetzen.

### 5.4.4 Gewährleistung



#### HINWEIS

Die aktuellen Gewährleistungsbedingungen finden sie in ihren Auftragspapieren bzw. in der zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Preisliste.

Ausgeschlossen sind zudem Reparaturen und Ersatzteile bei unsachgemäßer Bedienung.

Gewährleistungsarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausgeführt werden.

### 5.4.5 Produktlebensdauer

Alle Produkte der PROGNOST XP-Serie sind für eine Lebensdauer von 10 Jahren bei spezifikationsgemäßem Einsatz und regelmäßiger Wartung durch den PROTEC Kundendienst oder einen von ihm autorisierten Servicedienst ausgelegt. Nach Erreichen der Produktlebensdauer erfolgt die weitere Verwendung auf eigene Gefahr.

### 5.4.6 Weiterführende Informationen

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Kapiteln und zum sicheren Betrieb, Transport und Lagerung finden sie in den jeweiligen Technischen Beschreibungen der PROGNOST XP-Serie.

### 5.4.7 Anwendungsteile und Teile, die wie ein Anwendungsteil behandelt werden

Part	Definition (Anwendungsteil oder Teil, dass wie ein Anwendungsteil behandelt wird, aber nicht als Anwendungsteil definiert ist)
Tischplatte	Anwendungsteil
Griff (optional, befestigt an der Tischplatte)	Teil, das wie ein Anwendungsteil behandelt wird
Auflagematte (optional)	Teil, das wie ein Anwendungsteil behandelt wird

### 5.4.8 Entsorgungshinweise



Die PROGNOST XP-Geräte enthalten verschiedene Kunststoffe und Schwermetalle. Bei Entsorgung von Austausch- und Ersatzteilen sowie allenfalls der ganzen Anlage sind die dann zumal gültigen Vorschriften und Regelungen zu beachten. Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihrem Vertragspartner oder Ihrer Servicefirma auf oder beauftragen Sie eine auf die Entsorgung der jeweiligen Komponenten spezialisierte Firma.

## 6 Spannungsversorgung



### HINWEIS


Das PROGNOST XP benötigt keine Spannungsversorgung.

#### 6.1 PROGNOST XPE:

Das Netzteil ist ein Weitbereichsnetzteil mit einem Eingangsspannungsbereich von 90...264VAC/47...63Hz.

Der Tisch wird in 2 Varianten ausgeliefert:

Netzspannungsausführung für die Tischplattenhöhen-Verstellung siehe Kennzeichnung neben dem Typenschild:



##### Variante 1:

Netzspannung: 230V / 50Hz

Netzanschlusskabel: 3 x 1,5mm<sup>2</sup> (16 AWG), max. Länge 5m

##### Variante 2:

Netzspannung: 115V / 60Hz

Netzanschlusskabel: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> (16AWG), Typ SJT oder besser,  
Max. Länge 5m, mit "Hospital Grade" USA-Netzstecker

Das Netzteil verfügt über folgende Schutzfunktionen:

- Kurzschluss-Schutz: Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf
- Überlastschutz: 110...150%, automatischer Wiederanlauf
- Übertemperaturschutz (Abschaltung) und Überspannungsschutz



### WARNUNG!

**Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.**

#### 6.2 PROGNOST XPE-Akku:

Tischplattenhöhen-Verstellung:

Versorgung 12VDC Akku-Box

Sicherung 20A

## 6.3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach EN 60601-1-2



### ACHTUNG!

Das PROGNOST XPE und PROGNOST XPE-Akku unterliegt als medizinisches elektrisches Gerät besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der EMV und muss nach den in den Begleitpapieren enthaltenen EMV-Hinweisen installiert und in Betrieb genommen werden



### ACHTUNG!

Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte) sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30cm (12 Inch) zu den Gekennzeichneten Teilen und Leitungen des PROGNOST XPE-Produkts verwendet werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen.

### 6.3.1 Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störaussendungen

Das PROGNOST XPE und PROGNOST XPE-Akku ist für den Betrieb in einer, wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender des Geräts muss sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

Störaussendungs-Messung	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Die HF-Aussendung der Röntgentische ist sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Klasse A	Die Geräte sind für den Gebrauch in anderen Einrichtungen als dem Wohnbereich und solchen geeignet, die unmittelbar an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken genutzt werden, vorausgesetzt, der folgende Warnhinweis wird beachtet: <b>Warnung:</b> Diese Geräte sind nur zum Gebrauch durch medizinische Fachkräfte vorgesehen. Dies sind Geräte der Klasse A nach CISPR 11. Im Wohnbereich können diese Geräte Funkstörungen hervorrufen, so dass es in diesem Fall notwendig sein kann, geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen, wie z. B. neue Ausrichtung, neue Anordnung oder Abschirmung des Geräts oder Filterung der Verbindung zum Standort.
Aussendung von Oberschwingungen nach EN 61000-3-2	Klasse A	
Aussendung von Spannungsschwankungen/Flicker nach EN 61000-3-3	stimmt überein	

Störfestigkeits-Prüfung	EN 60601-1-2 Prüfpegel	Übereinstimmungs-Niveau	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach EN 61000-4-2	± 8 kV Kontaktentladung ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15 kV Luftentladung	± 8 kV Kontaktentladung ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15 kV Luftentladung	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30% betragen.


Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst nach EN 61000-4-4	$\pm 2$ kV für Netzleitungen	$\pm 2$ kV für Netzleitungen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen/ Surges nach EN 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV $\pm 1$ kV $\pm 2$ kV	$\pm 0,5$ kV $\pm 1$ kV $\pm 2$ kV	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) nach EN 61000-4-8	30 A/m 50 Hz	30 A/m 50 Hz	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in einer Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen, und Schwankungen der Versorgungsspannung nach EN 61000-4-11	0% $U_T$ für 0,5 Periode bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, und 315°	0% $U_T$ für 0,5 Periode bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, und 315°	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Geräts fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Gerät aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder Batterie zu speisen.
	0% $U_T$ für 1 Periode	0% $U_T$ für 1 Periode	
	70% $U_T$ für 25/30 Perioden  0% $U_T$ für 250 Perioden	70% $U_T$ für 25/30 Perioden  0% $U_T$ für 250/300 Perioden	
Leitungsgebundene Störungen, induziert durch RF-Felder EN 61000-4-6	3 V/m 1 kHz 80% AM  150 kHz bis 80 MHz	3 V/m	
Gestrahlte HF-Störgrößen nach EN 61000-4-3	3 V/m 1kHz 80% AM  80 MHz bis 2.7 GHz	3 V/m	s. nachfolgende Tabelle
ANMERKUNG: Die Richtlinien gelten möglicherweise nicht in alle Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.			

Prüffrequenz in MHz	Frequenzband in MHz	Service in MHz	Modulation	Störfestigkeits- Prüfpegel in V/m
385	380 - 390	TETRA 400	Pulsmodulation: 18 Hz	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 480	FM ±5 kHz Hub 1 kHz Sinus	28
710 745 780	704 – 787	LTE Band 13, 17	Pulsmodulation: 217 Hz	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulsmodulation: 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1, 3, 4, 25, UMTS	Pulsmodulation: 217 Hz	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulsmodulation: 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN, 802.11 a/n	Pulsmodulation: 217 Hz	9

## 7 Technische Daten

### 7.1 Abmessungen

#### 7.1.1 Abmessungen PROGNOST XP



Tischplattenabmessung:

200 cm x 75,5 cm oder

226 cm x 75,5 cm oder

200 cm x 65,5 cm

Max. Patientengewicht (Streckenlast):

230 kg (Verbundfaser TP)

250 kg (Kohlefaser TP)

Gesamtgewicht ohne Patient

103 kg

Tischhöhe:

760 mm

Tischplattenquerverschiebung (von der Mittenstellung):

± 100 mm

Tischplattenlängsverschiebung (von der Mittenstellung):

± 330 mm (200 cm Tischplatte)

Tischplattenlängsverschiebung (von der Mittenstellung):


± 460 mm (226 cm Tischplatte)

Lichtes Maß zwischen den Säulen unter der Tischplatte:

1119 mm

Die Bremsen der Tischplatte und der Räder werden mechanisch betätigt.


#### 7.1.2 Abmessungen PROGNOST XPE



Tischplattenabmessung:	200 cm x 75,5 cm oder 226 cm x 75,5 cm oder 200 cm x 65,5 cm
Max. Patientengewicht (Streckenlast):	230 kg (Verbundfaser TP) 250 kg (Kohlefaser TP)
Gesamtgewicht ohne Patient:	114 kg
Tischhöhen-Verschiebung:	607 mm bis 873 mm
Tischplattenquerverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 100$ mm
Tischplattenlängsverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 330$ mm (2m Tischplatte)
Tischplattenlängsverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 460$ mm (2,26m Tischplatte)
Lichtes Maß zwischen den Säulen unter der Tischplatte:	1121 mm

Die Bremsen der Tischplatte und der Räder werden mechanisch betätigt.

### 7.1.3 Abmessungen PROGNOST XPE-Akku



Tischplattenabmessung:	200 cm x 75,5 cm oder 226 cm x 75,5 cm oder 200 cm x 65,5 cm
Max. Patientengewicht (Streckenlast):	230 kg (Verbundfaser TP) 250 kg (Kohlefaser TP)
Gesamtgewicht ohne Patient:	129 kg
Tischhöhen-Verschiebung:	607 mm bis 873 mm
Tischplattenquerverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 100$ mm
Tischplattenlängsverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 330$ mm (2m Tischplatte)
Tischplattenlängsverschiebung (von Mittenstellung):	$\pm 460$ mm (2,26m Tischplatte)
Lichtes Maß zwischen den Säulen unter der Tischplatte:	1121 mm

Die Bremsen der Tischplatte und der Räder werden mechanisch betätigt.



## 7.2 Schwächungsgleichwert



### WARNUNG!

**Der Geräteschwächungsfaktor des entsprechenden PROGNOST XP-Geräts muss ggf. bei der Abnahmeprüfung des Röntgensystems berücksichtigt werden.**

Die Tischplatte ist als Anwendungsteil definiert.

Der Aluminium-Schwächungsgleichwert der Tischplatte ist typisch 0,7 und < 0,8 mm Al für Kohlefaser; 0,85 mm für Verbundmaterial nach EN 60601-1-3 bei 100kV und einer ersten Halbwertsschichtdicke von 3,6 mm Al und typisch 0,6 mm Al und <0,8 mm Al nach 21CFR § 1020.30 (m) bei 100 kV und einer ersten Halbwertsschichtdicke von 3,6 mm Al.

### 7.2.1 Schutzart und Schutzklasse

Das PROGNOST XP entspricht keiner Schutzklasse, wohingegen das PROGNOST XPE und PROGNOST XPE Akku der Schutzklasse 1 entspricht.

Alle Geräte der PROGNOST XP-Serie enthalten Anwendungsteile des Typs B (entsprechende EN 60601-1).

## 7.3 Umgebungsbedingungen

### 7.3.1 Umgebungsbedingungen beim Betrieb















Umgebungstemperatur	+ 10°C bis + 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% (nicht kondensierend)
Luftdruck	700 hPa bis 1060hPa












### 7.3.2 Umgebungsbedingungen beim Transport und Lagerung

Umgebungstemperatur	- 10°C bis + 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensierend)
Luftdruck	500 hPa bis 1060hPa

## 8 Beschreibung der Bildzeichen, Schilder und Abkürzungen









### 8.1 Bildzeichen

	Luftdruck, Begrenzung
	Temperaturbegrenzung
	Luftfeuchte, Begrenzung
	Trocken aufbewahren
	Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben
	Oben
	Achtung, Begleitdokumente beachten
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung
	Hersteller
	Medizinprodukt
	Bestellnummer
	Seriennummer
	Produktidentifizierungsnummer (Unique Device Identification)
	Herstellungsdatum









	Klassifikation nach EN 60601-1 (Anwendungsteil Typ B)
	Vorsicht: Quetschmöglichkeit von Fingern oder Händen
 <a href="http://www.protec-med.com/download">www.protec-med.com/download</a>	Dieses Symbol verweist auf die Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu Rate zu ziehen. Diese wird in einem elektronischen Format (eIFU) auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt.
	Entsorgungshinweise; WEEE , Waste of Electrical and Electronic Equipment
	Schutzerdung
	Maximales angegebenes Gewicht nicht überschreiten
	Maximales angegebenes Gewicht nicht überschreiten
	Tischplattenbewegung für Aufnahmeposition
	Tischplattenlängsbewegung
	Tischplattenquerbewegung
	Bremsen der Bremsräder gelöst
	Bremsen der Bremsräder betätigt
	Warnung Hochspannung
	Warnung vor Gefahren durch Batterien (nur PROGNOST XPE-Akku)
	Kontakte nicht berühren (nur PROGNOST XPE-Akku)
	Rauchen verboten (nur PROGNOST XPE-Akku)









## 8.2 Typenschilder

### 8.2.1 Typenschild PROGNOST XP









<b>MD</b>	<b>PROGNOST XP</b>		
<b>REF</b>	7036-0-1710	Basic diagnostic X-ray system table, non-powered	PROTEC GmbH & Co. KG In den Dorfwiesen 14 71720 Oberstenfeld Made in Germany
<b>SN</b>	SN000112		
	2021-05-05		
			<b>UDI</b> 
<a href="http://www.protec-med.com/download">www.protec-med.com/download</a>			
			<b>CE</b>
+10 °C	+40 °C	1060 hPa	(01)04260502640203 (11)210505 (21)SN000112
700 hPa	30%		TL7036-0-1710V02

### 8.2.2 Typenschilder PROGNOST XPE

<b>MD</b>	<b>PROGNOST XPE</b>		
<b>REF</b>	7037-1-1710	Basic diagnostic X-ray system table, powered	PROTEC GmbH & Co. KG In den Dorfwiesen 14 71720 Oberstenfeld Made in Germany
<b>SN</b>	SN000118		
	2021-05-05		
			<b>UDI</b> 
<a href="http://www.protec-med.com/download">www.protec-med.com/download</a>			
			<b>POWER RATING</b>
+10 °C	+40 °C	1060 hPa	230 V~
700 hPa	30%		50/60 Hz
			1.6 A
			S3 15% ED
			Internal modification to 115V ~ / 3.15A possible
			<b>CE</b>
			(01)04260502641798 (11)210505 (21)SN000118
			TL7037-1-1710V01

<b>MD</b>	<b>PROGNOST XPE</b>		
<b>REF</b>	7037-6-1710	Basic diagnostic X-ray system table, powered	PROTEC GmbH & Co. KG In den Dorfwiesen 14 71720 Oberstenfeld Made in Germany
<b>SN</b>	SN000124		
	2021-05-05		
			<b>UDI</b> 
<a href="http://www.protec-med.com/download">www.protec-med.com/download</a>			
			<b>POWER RATING</b>
+10 °C	+40 °C	1060 hPa	115 V~
700 hPa	30%		50/60 Hz
			3.15 A
			S3 15% ED
			Internal modification to 230 V ~ / 1.6 A possible
			<b>CE</b>
			(01)04260502640258 (11)210505 (21)SN000124
			TL7037-6-1710V01

### 8.2.3 Typenschilder PROGNOST XPE-Akku

<b>MD</b>	<b>PROGNOST XPE-Akku</b>		
<b>REF</b>	7038-9-1710	Basic diagnostic X-ray system table, powered	PROTEC GmbH & Co. KG In den Dorfwiesen 14 71720 Oberstenfeld Made in Germany
<b>SN</b>	SN000130		
	2021-05-05		
			<b>UDI</b> 
<a href="http://www.protec-med.com/download">www.protec-med.com/download</a>			
			<b>POWER RATING</b>
+10 °C	+40 °C	1060 hPa	12 V=
700 hPa	30%		Internal battery supply
			Use only PROTEC battery pack
			(REF) 7516-0-0001
			S3 15% ED
			<b>CE</b>
			(01)04260502640302 (11)210505 (21)SN000130
			TL7038-9-1710V01

**PROGNOST XPE-Akku**  
**Charging station housing**

**POWER RATING**

100-240	V ~
50/60	Hz
1.2	A

out: max. 14.7 V ---, max. 4 A

for PROGNOST XPE-Akku Battery Pack  
REF 7516-0-0001/2/3

LED orange/yellow: charge  
LED green: end of charge

REF 7517-0-0004  
SN SN000112  
2021-02-23

www.protec-med.com/download

+10°C 700 hPa 35 %  
+40°C 1060 hPa 75 %

PROTEC GmbH & Co. KG  
In den Dorfriesen 14  
71720 Oberstenfeld  
Made in Germany

TL7517-0-0004V01

**PROGNOST XPE-Akku**  
**Battery Pack**

Accu. 12 V ---  
Fuse 25 A intern

REF 7516-0-0001  
SN SN000111  
2021-02-23

www.protec-med.com/download

+10°C 700 hPa 35 %  
+40°C 1060 hPa 75 %




PROTEC GmbH & Co. KG  
In den Dorfriesen 14  
71720 Oberstenfeld  
Made in Germany

TL7516-0-0001V01




## 8.3 Etiketten

### 8.3.1 Etiketten PROGNOST XP

Schilder an der Stirnseite der verschiedenen Tischplatten

	Tischplatte Kohlefaser
	Tischplatte Verbundstoff 200cm
	Tischplatte Verbundstoff 226cm

Schilder auf der Oberseite der Tischplatte

	Vorsicht: Während Bewegungen von Tischplatte, Tisch oder Röntgengerät auf mögliche Quetschgefahren von Fingern oder Händen achten.
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Verbundstoff Tischplatte)
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Kohlefaser Tischplatte)

### Schilder am unteren Tischplattenrahmen

	Achtung: Der Tisch ist nur zur Patientenlagerung an Röntgenarbeitsplätzen bestimmt!
<p>Medizinisches elektrisches Erzeugnis in Übereinstimmung mit UL60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1 IEC60601-2-54 in Bezug auf elektrischen Schlag und mechanischen Gefährdungen</p>	UL = Organisation in den USA für die Zulassung von elektrischen Erzeugnissen
<p><b>Date of Manufacture:</b> <b>Place of Manufacture: Oberstenfeld, Germany</b> <b>This product complies with CDRH 21CFR, Subchapter J, as of the date of manufacture.</b> <b>PROTEC GMBH &amp; Co. KG</b></p>	FDA-Schild (Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA)
	Hinweisschild Bremsen feststellen / lösen

### 8.3.2 Etiketten PROGNOST XPE

#### Schilder an der Stirnseite der verschiedenen Tischplatten




	Tischplatte Kohlefaser
	Tischplatte Verbundstoff 200cm
	Tischplatte Verbundstoff 226cm

#### Schilder auf der Oberseite der Tischplatte

	Vorsicht: Während Bewegungen von Tischplatte, Tisch oder Röntgengerät auf mögliche Quetschgefahren von Fingern oder Händen achten.
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Verbundstoff Tischplatte)
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Kohlefaser Tischplatte)




### Schilder am unteren Tischplattenrahmen

	Achtung: Der Tisch ist nur zur Patientenlagerung an Röntgenarbeitsplätzen bestimmt!
--	---




Medizinisches elektrisches Erzeugnis in Übereinstimmung mit UL60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1 IEC60601-2-54 in Bezug auf elektrischen Schlag und mechanischen Gefährdungen	UL = Organisation in den USA für die Zulassung von elektrischen Erzeugnissen
<b>Date of Manufacture:</b> <b>Place of Manufacture: Oberstenfeld, Germany</b> <b>This product complies with CDRH 21CFR, Subchapter J, as of the date of manufacture.</b> <b>PROTEC GMBH &amp; Co. KG</b>	FDA-Schild (Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA)
	Hinweisschild Bremsen feststellen / lösen
grounding reliability can only be achieved when the EQUIPMENT is connected to an equivalent receptacle marked "Hospital Only" or "Hospital Grade"	Hinweisschild neben dem Netzeingang
	Warnschild auf der rechten Abdeckung unten
	Spannungsversorgungsausführung

### 8.3.3 Etiketten PROGNOST XPE-Akku



Schilder an der Stirnseite der verschiedenen Tischplatten

	Tischplatte Kohlefaser
	Tischplatte Verbundstoff 200cm
	Tischplatte Verbundstoff 226cm






Schilder auf der Oberseite der Tischplatte

	Vorsicht: Während Bewegungen von Tischplatte, Tisch oder Röntgengerät auf mögliche Quetschgefahren von Fingern oder Händen achten.
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Verbundstoff Tischplatte)
	Maximal erlaubtes Patientengewicht (Streckenlast) auf der Tischplatte (Kohlefaser Tischplatte)

## Schilder am unteren Tischplattenrahmen

		Achtung: Der Tisch ist nur zur Patientenlagerung an Röntgenarbeitsplätzen bestimmt!
<p>Medizinisches elektrisches Erzeugnis in Übereinstimmung mit UL60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1 IEC60601-2-54 in Bezug auf elektrischen Schlag und mechanischen Gefährdungen</p>		UL = Organisation in den USA für die Zulassung von elektrischen Erzeugnissen
<p><b>Date of Manufacture:</b> <b>Place of Manufacture: Oberstenfeld, Germany</b> <b>This product complies with CDRH 21CFR, Subchapter J, as of the date of manufacture.</b> <b>PROTEC GMBH &amp; Co. KG</b></p>		FDA-Schild (Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA)
		Hinweisschild Bremsen feststellen / lösen


## Schilder für den Akku

	Warnschild auf der Akku-Box Abdeckplatte
	Warnschild auf der Akku-Box seitlich
<p><b>Charge connector</b> Use only charger Protec ID.Nr.: 2036-0-0006</p> <p><b>Ladestecker</b> für Ladegerät Protec ID.Nr.: 2036-0-0006</p> <p><b>12V</b> </p>	Hinweisschild auf der Akku-Box
<p>Use UL listed types only Autofuse rated 32dc <b>FUSE</b> Sicherung <b>20A</b></p>	Schild innerhalb der Versorgungsstation
	Schild für den Pluspol der 12VDC Akku-Versorgung innerhalb der Versorgungsstation und an der Akku-Box
	Schild für den Minuspol der 12VDC Akku-Versorgung innerhalb der Versorgungsstation und an der Akku-Box




## 8.4 Positionen der Schilder und Aufkleber



### 8.4.1 Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XP



### 8.4.2 Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XPE



### 8.4.3 Positionen der Schilder und Aufkleber PROGNOST XPE-Akku



## 8.5 Abkürzungen

mm	Millimeter
cm	Zentimeter
Lb	Pound
kg	Kilogramm
°C	Grad Celsius
hPa	Hektopascal
DIN	Deutsche Industrie-Norm
EN	Europäische Norm
CE	CE-Kennzeichen
Hz	Hertz
ED	Einschaltdauer
A	Ampere
SN	Serien-Nummer